

附件 3

1 项化工行业标准修改单

HG/T 2321-2016

《肥料级磷酸二氢钾》

第 1 号修改单(报批稿)

a. 4.9.1 更改数值:

“使用带有玻璃电极与甘汞电极的酸度计,测定磷酸二氢钾浓度为 3 g/L 溶液的 pH 值”
更改为“使用带有玻璃电极与甘汞电极的酸度计,测定磷酸二氢钾浓度为 30 g/L 溶液的 pH
值”。

b. 4.9.3.1 更改数值:

“酸度计:带有玻璃电极、甘汞电极,灵敏度为 0.1pH 单位”更改为“酸度计:带有玻
璃电极、甘汞电极,灵敏度为 0.01pH 单位”。
